



Riparazione del Prolasso
degli Organi Pelvici per Via Vaginale
Semplice e senza Mesh

ANCORIS
POP REPAIR SYSTEM

TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA

ANCORIS è un sistema di ancoraggio transvaginale al legamento sacrospinoso per trattare donne con prolasso apicale usando una procedura sicura, affidabile e minimamente invasiva. Tale procedura può essere usata sia per trattare difetti apicali isolati, sia per effettuare un fissaggio apicale coadiuvante al fine di minimizzare il rischio di ricorrenza nella riparazione con tessuti nativi.¹




SISTEMA UNIVERSALE

Considerando le condizioni di ogni singola paziente e il difetto che deve essere trattato, **ANCORIS POP Repair System** può essere inserito nel legamento sacrospinoso mediante due differenti approcci: paravescicale o pararettale. L'uso di ANCORIS permette di effettuare una sospensione apicale in un tempo chirurgico ridotto.²

PROCEDURA REALMENTE MININVASIVA

Un fissaggio sacrospinoso deve resistere alle alte pressioni che interessano il pavimento pelvico. Studi clinici hanno dimostrato che i sistemi di ancoraggio tissutale offrono, in termini di resistenza allo strappo, un fissaggio primario superiore rispetto ai dispositivi di sutura. Con l'aiuto di dispositivi di ancoraggio come **ANCORIS**, il rischio di prolasso apicale dopo fissaggio sacrospinoso può essere ridotto.^{3,5}



1: Sahrif J, et. al.: Recurrent pelvic organ prolapse: International Urogynecological Association Research and Development Committee opinion - Int Urogynecol J (2016). **2:** IUGA Congress 2019, Poster 30 (Suppl. 1):S320. **3:** Halaska M, Sedlacek R, Lincova M, Nanka O, Maxova K, Charles University Czech TU Prague: Fixation ability of contemporary used vaginal kits in prolapse surgery. **4:** Data on file. **5:** Castro R, et. al.: Vaginal sacrospinous ligament fixation using tissue anchor system vs. a traditional technique for women with apical vaginal prolapse: A randomized controlled trial - Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery (2020)

TISSUE ANCHORING SYSTEM – TAS

Il **TAS** è stato sviluppato per fornire un fissaggio affidabile al legamento sacrospinoso (SSL). Il TAS è composto da un'ancoretta in polipropilene con attaccato un filo di sutura in polipropilene.

Con le sue sei punte in polipropilene disposte circonferenzialmente e il fermo di sicurezza nella parte inferiore dell'ancoretta, il TAS fornisce:

- La più alta accuratezza e forza d'estrazione
- Fissaggio affidabile
- Sicurezza per quanto riguarda le strutture vascolari e nervose, grazie al tubo di protezione aggiuntivo previsto per la procedura di impianto.

9,8 mm

5,4 mm

GUIDA D'INSERZIONE CON MANDRINO RETRAIBILE – RIG

La **Guida di Inserzione Retraibile - RIG** è stata sviluppata per raggiungere l'area mirate per eseguire un inserimento dell'ancoraggio accurato e sicuro. La configurazione del RIG, con il suo tubo di protezione, garantisce l'integrità del tessuto circostante durante l'impianto del TAS nel legamento sacrospinoso. Con il suo **design ergonomico**, il **diametro ridotto** e il **meccanismo a scomparsa per la connessione e il rilascio delle ancorette**, fornisce:

- Precisione e sicurezza nelle manovre chirurgiche
- Minima dissezione necessaria
- Controllo totale della connessione e del rilascio delle Ancorette TAS.

Meccanismo retraibile

Facile inserimento e rilascio delle ancorette TAS.

Impugnatura ergonomica

Monovra sicura.

Guida ricurva

Facile accesso al SSL mediante approccio anteriore o posteriore. Dissezione richiesta, limitata.

Tubo di protezione

Protezione dei tessuti circostanti l'incisione durante la procedura di impianto.

Blocco del tubo di protezione e meccanismo di rilascio

Facile bloccaggio e rilascio del tubo di protezione.

ANCORIS nella pratica

- Prolasso uterino
- Prolasso della volta vaginale
- Prolasso anteriore con difetto apicale
- Prolasso posteriore con difetto apicale
- Supporto apicale per risultati duraturi nella riparazione anteriore e posteriore.

100.000
+ TAS
IMPLANTATI₄ ↑



**SEMPLICE. SENZA MESH.
AFFIDABILE. VERSATILE.**

CONTRAINDICAZIONI & PRECAUZIONI

ANCORIS non deve essere usato in:

- ▶ Donne fertili
- ▶ Pazienti con infezioni latenti o attive di vagina, cervice o utero
- ▶ Pazienti con cancro vaginale, cervicale o uterino pregresso o corrente
- ▶ Terapia radiante del pavimento pelvico precedente o corrente
- ▶ Allergia nota al polipropilene.

L'impianto di Ancoris deve essere basato su uno studio accurato della paziente comprese caratteristiche e preferenze individuali. Si deve anche considerare quanto segue:

- ▶ ANCORIS deve essere usato SOLO da chirurghi che abbiano maturato esperienza nella ricostruzione del pavimento pelvico per via vaginale.

Per ulteriori precauzioni e avvertenze, fare riferimento alle nostre Istruzioni per l'Uso

INFORMAZIONE PER L'ORDINE

ANCORIS
POP REPAIR SYSTEM

Numero d'ordine: KIT-ANC-01

- ▶ 3 Tissue Anchoring Systems (Ref.: TAS)
- ▶ 1 Guida d'inserzione con madriano retraibile progettata per l'impianto delle ancorette (Ref.: DPN-MNL)
- ▶ 1 Ago chirurgico (Ref.: ESN)
- ▶ 1 Spinginodi (Ref.: KP)

Distribuito in Italia da:

DIMED

Telefono: +39 011 9723910
E-mail: info@dimedonline.com

Promedon
Urology and Pelvic Floor

www.promedon-urologypf.com/ancoris